

院内比选公告

简阳市禾丰中心卫生院拟对简阳市禾丰中心卫生院钦激光治疗用一次性使用耗材供应商采购项目进行院内比选,诚邀符合本次比选活动需求的供应商参加本次比选活动,现将有关事项告知如下:

一、项目概况:

1. 项目名称:简阳市禾丰中心卫生院钦激光治疗用一次性使用耗材供应商采购项目

2. 采购内容: 详见项目清单及技术要求

3. 资金来源: 单位自筹

二、商务要求(实质性要求):

1. 服务期为三年, 合同一年一签。

三、比选申请人的资格要求:

(一)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件;
- 7、根据采购项目提出的特殊条件: 无。

(二)、不接受联合体参加比选

四、报名及比选文件的获取

1. 凡符合公告要求、有意愿参加本次比选项目的比选申请人, 报名及领取比选文件时间: 2024年7月11日至 2024年7月15日每个工作日上午8: 00时至12: 00时, 下午14: 00时至17: 00时(北京时间)(节假日除外)。

2. 获取比选文件的方式: 比选文件免费获取。凡有意向参加的比选申请人, 请自行将单位介绍信(须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱)及经办人身份证复印件加盖单位公章并递交至简阳市禾丰中心卫生院招标办获得比选文件。

注：比选申请人获取比选文件时须如实认真填写项目信息及比选申请人信息；若因比选申请人提供的错误信息，对其参与比选事宜造成影响的，由比选申请人自行承担所有责任（若比选申请人需变更报名信息，请于获取比选文件截止之日前到采购人处重新登记备案）。

五、比选申请文件的递交

1. 比选申请文件递交的截止时间：2024年7月17日17:00（北京时间）（节假日除外）；

2. 比选申请文件递交及院内比选地点：简阳市禾丰中心卫生院医技楼三楼小会议室。

六、采购信息发布媒体：简阳市禾丰中心卫生院官网公示。

七、联系方式

比选人：简阳市禾丰中心卫生院

地 址：简阳市禾丰镇裕民街338号

联系人：李老師

电 话：15928911552

日 期：2024年7月10日



项目清单及技术要求

项目清单及技术要求					
序号	物资名称	规格型号	单位	招标限价	技术要求
1	一次性使用泌尿道导丝	FS-0.7mm(0.028)、FS-0.8mm(0.032)、FS-0.9mm(0.035)	支	1300.00	1、内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用起支撑、引导作用。 ★2、一次性使用泌尿道导丝产品由导丝和导丝保护管及导引嘴组成。 ★3、按材质和形状分为:JS、JW、NQ、FS、FN 五种; ★4、规格型号:有 FS-0.7mm(0.028)、FS-0.8mm(0.032)、FS-0.9mm(0.035)等多种规格型号。 5、产品的材质:1Cr18Ni9Ti 不锈钢、聚四氟乙烯(PTFE)、钛镍合金、无涂覆。 ★6、0.028 的导丝峰值拉力≥5N; 0.032、0.035、0.038 的导丝的峰值拉力≥10N。 7、导丝表面应光滑、平直,无不良损伤,头部应圆滑,斑马导丝的斑马纹清晰。 8、灭菌方式:环氧乙烷气体灭菌,一次性使用。
2	一次性使用内窥镜取石篮	0.57mm(1.7Fr)、0.60mm(1.8Fr)、0.73mm(2.2Fr)	支	4000.00	1、供消化、泌尿等诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。 ★2、一次性使用内窥镜取石篮由网篮、鞘管、牵引绳、推拉手柄和固定器组成,其中固定器为选配件。★3、根据网篮丝组成根数的不同分为两种型号:三丝型和四丝型,又根据鞘管外径尺寸的不同共分为二十一种规格。 ★4、规格型号:三丝型:0.57mm(1.7Fr)、0.60mm(1.8Fr)、0.73mm(2.2Fr),四丝型:0.57mm(1.7Fr)、0.60mm(1.8Fr)、0.73mm(2.2Fr)。 ★5、尺寸信息:长度 1150mm,三丝网篮开幅 L1:10mm, L2:18mm, 四丝网篮开幅 L1:10mm; L2:12mm; ★6、产品的材质:网篮由符合 GB24627-2009 镍钛合金丝制成、鞘管由聚四氟乙烯(PTFE)材料制成、牵引绳由不锈钢丝(06Cr19Ni10)制成、推拉手柄由聚碳酸酯(PC)制成,固定器由尼龙(PA)制成。 7、灭菌方式:环氧乙烷气体灭菌,一次性使用。
3	一次性使用输尿管导管引鞘	3.6mm (F11) YWD、4.0mm (F12) YWD、4.3mm (F13) YWD	支	3000.00	1、供泌尿外科手术中,建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道。 ★2、由开放鞘管、扩张鞘组成,开放鞘管由管体、塑配件、封堵帽和固定片组成,扩张鞘由管体、塑配件组成。 3、长度:350mm/450mm, 400mm/500mm。 ★4、产品材质:由聚酰胺弹性体、06Cr19Ni10 不锈钢和聚四氟乙烯制成扩张鞘的管体由符合 YY/T0114-2008 医用输血、输液、注射器具用聚乙烯专用材料要求的材料制成。 ★5、一次性使用输尿管导管引鞘的各连接处应牢固,开放鞘管能承受 15N 静拉力 15S 塑配件和导管不脱落且管身不断裂;扩张鞘能承受 15N 静拉力 15S 塑配件和导管不脱落且管身不断裂。 6、灭菌方式:环氧乙烷气体灭菌,一次性使用。